

T.C.  
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  
Yaşlı Bakımı Programı

HASTA YATAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hazırlayan Birim: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tarih: 05/11/2024

1. KONU ve KAPSAM:

Satın alma yolu ile temin edilecek olan hasta yatağının teknik özellikleri ve diğer hususları içermektedir.

2. GEREKÇE (Özellikle acil zorunlu alımlar için mutlaka doldurulmalıdır) :

Yüksekokulumuz Yaşlı Bakımı Laboratuvarında eğitim amacıyla ihtiyaç oluşmuştur. Kısa sürede temini gereklidir.

3. SATIN ALINACAK MALZEMENİN ADI, GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLERİ:

- 1) Baş ve Ayak ucu yüksekliği ayarlanabilir (manuel) olmalıdır.
- 2) Başlıklar ve korkuluklar olmalıdır.
- 3) Serum askısı. (yükseklik ayarlı) olmalıdır.
- 4) Tekerlekler ikisi kilitli özellikte olmalıdır.
- 5) Çarpma tampon tekerleri olmalıdır.
- 6) Dış boyutları en az 2000x1050 mm olmalıdır
- 7) Karyola yüksekliği en az 500-700 mm olmalıdır.
- 8) Korkuluk yüksekliği en az 300 mm olmalıdır.
- 9) Taşıma kapasitesi en az 200 kg olmalıdır.
- 10) Hasta yatağı ile verilmelidir.

4. NUMUNE ALMA veya DEĞERLENDİRME:

Teklif değerlendirme işlemi sırasında **numune** istenmeyecektir.

5. DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

Bu şartnamede belirtilen teknik özellikler ve yürürlükte olan muayene kabul yönetmeliklerine göre komisyon tarafından incelenip, teslim alınacaktır.

6. AMBALAJLAMAVE ETİKETLEME:

Taşıma ve teslim esnasında bozulmaya yol açmayacak şekilde ambalajlı olarak teslim edilmelidir.

7. GARANTİ ŞARTLARI:

Teslim sırasında bozuk, kırık ve uygun olmayan malzemeler uygun olan sağlam malzemelerle değiştirilecektir.

Mal ile ilgili Garanti verilmelidir (4077 sayılı Tüketici Korunması hakkında kanun ve ilgili mevzuat gereği)

8. DİĞER HUSUSLAR:

Satın alınan malzemeler, verilen sipariş üzerine firma temsilcisi tarafından ambara teslim edilecektir.

Öğr.Gör. Tuğçe ŞİK



Öğr.Gör.Dr. Sevil YILMAZ



Dr.Öğr.Üyesi Perihan ÇETİN

